



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDŹKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	12. 08. 2019
L.dz.	zał.
Podpis	

PSZ.IX.9612.4.2019

Kielce, dnia 09.08.2019 r.

Pan Grzegorz Wydrzyński

ul. Turystyczna 11

25-557 Kielce

Zalecenia pokontrolne

Na podstawie art. 111 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) zespół kontrolerów powołany przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, działającego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przeprowadził kontrolę w zakładzie leczniczym: Przychodnia Lifemed dr n. med. Grzegorz Wydrzyński, wchodzącym w skład podmiotu leczniczego Grzegorz Wydrzyński, ul. Turystyczna 11, 25-557 Kielce.

Przedmiotem kontroli była ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności prowadzonej działalności leczniczej z przepisami określonymi ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.).

Kontrolą objęto okres od 01.01.2018 r. do dnia przeprowadzenia kontroli.

Wyniki przedmiotowej kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli sporządzonym i podpisanym przez zespół kontrolerów w dniu 18.07.2019 r.

Podmiot leczniczy podpisał protokół z kontroli w dniu 29.07.2019 r., nie wnosząc żadnych zastrzeżeń co do ustaleń w nim zawartych.

W związku z powyższym przekazuję niniejsze zalecenia pokontrolne:

1. Zgodnie z art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej należy zaktualizować Regulamin Organizacyjny o zapisy dotyczące informacji o strukturze

organizacyjnej, wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej, organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat oraz sposobie kierowania jednostkami i komórkami organizacyjnymi zgodnie z prowadzoną działalnością leczniczą.

2. W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych należy wykonać niezbędne badanie techniczne urządzenia Kolposkop HALOLUX 150-DUO.

Z uwagi na powyższe ustalenia, działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli została oceniona pozytywnie z uchybieniami.

Na podstawie art. 112. ust. 7 pkt. 2 ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.), proszę o usunięcie stwierdzonych uchybień w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych oraz poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego o podjętych działaniach dotyczących wykonania zaleceń pokontrolnych lub podania przyczyny niepodjęcia tych działań.



Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Mikodziejczyk
Janina Mikodziejczyk
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia