

*II. Nie przestrzeganiu wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych.*

Podczas wrywkowej kontroli aparatury medycznej stwierdzono, że Zakład nie posiada aktualnych dokumentów potwierdzających dobry stan techniczny wymienionego sprzętu:

1. Aparatu USG LOGIO 200 Pro zakupiony w 2000 roku.
2. Kolonofiberoskopu CF-EL. Data rozpoczęcia eksploatacji aparatu to 2006 rok.

W związku z powyższym, kierując się przepisami art. 65 ust. 1 wymienionej na wstępie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, uprzejmie proszę Panią Dyrektor o wykreślenie wyżej wymienionych Poradni z rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego oraz o dokonanie natychmiastowych przeglądów technicznych skontrolowanej aparatury medycznej, tak aby nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów, użytkowników i osób trzecich.

Zobowiązujemy Państwa również do należytego, zapisanego w instrukcji użytkownika przeprowadzania przeglądów i konserwacji sprzętu w przyszłości.

Przeprowadzona przez Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniach od 13 do 17 września 2010. w podległym Pani Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej kontrola w zakresie zawierania umów w okresie od 1 stycznia 31 grudnia 2009r. oraz stosowania przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) wykazała poniżej wyszczególnione nieprawidłowości.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 141420-2009 z dnia 12 maja 2009 roku, oznaczenie postępowania u Zamawiającego, znak sprawy nr Z-4-2410/2/2009 na „Świadczenie usług pralniczych dla SPZOZ w Kazimierzy Wielkiej”. Zamawiający SPZOZ w dniu 23.05.2009r. zawarł