



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI



PSZ.IX.9612.4.2020

Kielce, dnia 29.07.2020 r.

Pan
Maciej Kluk
Specjalistyczne Gabinety Kardiologiczne Dobaj&Kluk
ul. Prosta 42
25-371 Kielce

Zalecenia pokontrolne

Na podstawie art. 111 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295) zespół kontrolerów powołany przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, działającego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego, przeprowadził kontrolę problemową w podmiocie leczniczym pn.: Specjalistyczne Gabinety Kardiologiczne Dobaj&Kluk - spółka cywilna, ul. Prosta 42, 25-371 Kielce.

Przedmiotem kontroli była ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności prowadzonej działalności leczniczej z przepisami określonymi ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295). Kontrola obejmowała stan faktyczny na dzień przeprowadzania kontroli.

Wyniki przedmiotowej kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli sporządzonym i podpisanym przez zespół kontrolerów w dniu 20.07.2020 r.

Przedstawiciel podmiotu leczniczego podpisał protokół z kontroli w dniu 29.07.2020 r., nie wnosząc żadnych zastrzeżeń co do ustaleń w nim zawartych.

W związku z powyższym przekazuję niniejsze zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych uchybień tj.:

1. W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych, zgodnie z art. 90 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 186), należy wykonać niezbędne badania techniczne następujących urządzeń i aparatury medycznej:

- Holter EKG Aspekt 903 – rok produkcji 2016, brak wpisów dot. przeglądów potwierdzających sprawność techniczną aparatury;
- Elektrokardiograf AsCard Grey – rok produkcji 2016, brak wpisów dot. przeglądów potwierdzających sprawność techniczną aparatury;
- Holter EKG HolCard – rok produkcji 2016, brak wpisów dot. przeglądów potwierdzających sprawność techniczną aparatury;
- Holter RR HolCard CR-7 – rok produkcji 2016, brak wpisów dot. przeglądów potwierdzających sprawność techniczną aparatury;

Kopie aktualnych zapisów z przeprowadzonego badania technicznego (potwierdzone za zgodność z oryginałem) niezwłocznie przesłać do komórki przeprowadzającej kontrolę.

2. Ponadto zgodnie z § 11. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 320), umieścić wewnątrz budynku podmiotu leczniczego informacje dotyczące harmonogramu przyjęć lekarzy oraz godzin i miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych. Ponadto, zgodnie z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego, należy prawidłowo oznakować na zewnątrz budynek w którym funkcjonuje podmiot leczniczy.

3. Umieścić w miejscu ogólnodostępnym dla pacjentów informację o prawach pacjenta (Karta Praw Pacjenta).


4. Ponadto zgodnie z art. 24.1 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej umieścić w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych cennik za usługi medyczne, jak również informację o wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.

5. Prowadzić książkę skarg i wniosków. Zgodnie z dobrą praktyką kierownik każdego podmiotu leczniczego powinien mieć szczegółowo opracowaną procedurę rozpatrywania skarg, reklamacji i wniosków pacjenta.

Z uwagi na powyższe ustalenia, działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli została oceniona pozytywnie z uchybieniami.

Za stwierdzone uchybienia odpowiedzialny jest kierownik podmiotu leczniczego.

Na podstawie art. 112. ust. 7 pkt. 2 ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295), proszę o usunięcie stwierdzonych uchybień w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych oraz poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego o podjętych działaniach dotyczących wykonania zaleceń pokontrolnych lub podania przyczyny niepodjęcia tych działań.



Z ap. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kulodziej
 Janina Mikulajczyk
 ZASTĘPCA DYREKTORA
 Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia